

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư sử dụng cho can thiệp tim mạch, nút mạch chưa lựa chọn được nhà thầu của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư sử dụng cho can thiệp tim mạch, nút mạch chưa lựa chọn được nhà thầu của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Huỳnh Đức Thiện – Nhân viên khoa Dược, Số điện thoại: 0327.527.693, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 23 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá.

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Catheter chẩn đoán Pigtail các cỡ	Kiểu dáng cuộn đuôi lợn, thân thẳng. Cấu trúc 3 lớp: lớp đan kép ở giữa, đầu catheter linh hoạt. Lòng rộng	Cái	30

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		1.2mm (5Fr), 1.05mm (4Fr) .Chất liệu Polyurethan hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.		
2	Catheter chẩn đoán Multi các cỡ	Cấu trúc 3 lớp, lớp đan kép ở giữa, lớp trong và ngoài là polyurethan hoặc tương đương. Kích thước: cỡ 5F: dài 100cm, lòng rộng 1.20mm; cỡ 4F: dài 80cm, lòng rộng 1.05mm. Tiệt trùng bằng EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	30
3	Dây dẫn chẩn đoán ái nước đầu thẳng 150cm	Cấu tạo: dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước. Đầu thẳng, phần đầu linh hoạt dài 3, 5, 8cm. Kích thước: cỡ 0.035", dài 150cm. Tiệt trùng bằng: Oxide Ethylene hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	20
4	Dây dẫn chẩn đoán ái nước đầu cong 260cm	Cấu tạo: dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước. Đặc điểm, hình dạng: đầu cong góc 45 độ hoặc hình chữ J , phần đầu linh hoạt dài 3, 5, 8cm. Kích thước: cỡ 0.035" dài 260cm. Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	5
5	Dây dẫn can thiệp mạch vành 0.014	Có khả năng gấp khúc, khả năng chống xoắn 1:1. Đầu tip linh hoạt và cấu hình đa dạng. Đường kính 0.014", chiều dài 185cm. Lớp phủ ưa nước tùy chọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10
6	Catheter chẩn đoán JR các cỡ	Cấu trúc 3 lớp , lớp đan kép ở giữa, lớp trong và ngoài là polyurethan rich nylon hoặc tương đương. Cấu tạo: cỡ 5F có lòng rộng 1.20mm và cỡ 4F có lòng rộng 1.05mm. Đầu catheter linh hoạt, catheter không gây co mạch khi đi qua động mạch rất nhỏ. Kích thước: cỡ 5F và 4F, dài 100cm. Vật liệu: Polyurethan rich nylon hoặc tương đương. Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	5
7	Kim chọc động mạch 20G	Kim chọc động mạch cỡ 20Gx2".	Cái	200
8	Dây dẫn dùng cho micro catheter 2.0Fr	Cấu tạo: thân ống đoạn xa có 3 lớp. Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương. Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương. Lớp ngoài: phủ lớp ái nước. Kích thước: Đường kính 2.0Fr. Chiều dài: 130 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	30

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
9	Vật liệu nút mạch tạm thời (spongel) các loại, các cỡ	Vật liệu nút mạch tạm thời (spongel) các loại, các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Ống	20

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,KD.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

**Phụ lục
BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Số văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT)	Thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VAT) (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1		Thiết bị A													
2		Thiết bị B													
3															
Tổng: ... mặt hàng										Tổng thành tiền: (Bằng chữ: ...)					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))