

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế khoa hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuấn, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 11 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế khoa hỗ trợ sinh sản:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đĩa nuôi cấy phôi cố định dùng cho tủ nuôi cấy phôi	Dụng cụ bằng nhựa dẻo hoặc tương đương, không sinh nhiệt, được sử dụng để nuôi cấy phôi trong tủ nuôi cấy phôi Geri, giúp bảo quản các nang noãn hoặc phôi trong thời gian nuôi cấy	Cái	200
2	Bình nước cân bằng môi trường cho tủ nuôi cấy phôi	Bình nước cân bằng môi trường. Dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri	Cái	60

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3	Màng lọc cho tủ nuôi cấy phôi Geri	Màng lọc khí dùng cho tủ nuôi cấy phôi Geri	Cái	26
4	Bộ bình tạo ẩm và màng lọc dùng cho Tủ nuôi cấy phôi	Mỗi bộ gồm 01 Bình có dung tích ≥ 125 ml, được làm bằng nhựa y tế, có nắp đậy và 01 ống dẫn khí bằng silicone hoặc tương đương. Tiệt trùng từng bộ. Mỗi bộ bình tạo ẩm sẽ kèm theo 1 màng lọc 0,2 μ m, đường kính 32mm, tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Bộ	32
5	Màng lọc khí cho tủ cấy	Màng lọc khí có cấu tạo gồm nhiều lớp màng lọc khác nhau được nén lại. Khí nguồn lọc qua ≥ 2 tầng. Màng lọc khí giúp lọc hầu hết các loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, loại bỏ hầu hết các chất ô nhiễm tồn tại trong khí nguồn CO ₂ / N ₂ cũng như trong bình chứa khí cung cấp cho tủ cấy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	14
6	Bộ phụ kiện lắp đặt nhanh dùng cho màng lọc khí CO ₂ dẫn vào tủ cấy	Bộ nối nhanh cục lọc khí đầu vào tủ cấy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	3
7	Màng tiền lọc cho Tủ thao tác đối	Màng tiền lọc lọc khí tự nhiên cho tủ thao tác đối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	8
8	Thảm dậm chân dính bụi	Nguyên liệu: màng PE. Chiều dày màng PE: 45um+2um. Độ bám dính mặt trên: ≥ 350 g. Độ bám dính mặt dưới: ≥ 600 g. Màu sắc: Xanh dương. Kích thước: 24 x 36 inchs.	Tấm	30
9	Màng tiền lọc cho tủ thao tác	Màng tiền lọc cho tủ thao tác model Fortuna 1200mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	2
10	Màng lọc cho tủ cấy	Màng lọc khí cho tủ cấy model G603. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	4
11	Màng lọc cho IVF Chamber	Màng lọc khí cho buồng thao tác IVF SS-250. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	2
12	Màng lọc máy Coda	Màng lọc thay thế của máy lọc khí Coda Aero 400/500. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	2
13	Màng lọc cho máy nước tinh khiết	Màng lọc nước tinh khiết dùng được cho máy lọc nước Purelab flex 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ tối thiểu 2 năm	Cái	1
14	Đèn UV cho máy lọc nước tinh khiết	Đèn UV dùng được cho máy lọc nước Purelab flex 3. Bước sóng ánh sáng trong khoảng 185-254 nm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ tối thiểu 2 năm	Cái	1
15	Vi lọc cho máy nước tinh khiết	Màng vi lọc nước tinh khiết dùng được cho máy lọc nước Purelab flex 3. Kích thước lỗ lọc $\leq 0,2$ μ m. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. Tuổi thọ tối thiểu 2 năm	Cái	1
16	Màng lọc cho tủ nuôi cấy phôi	Màng lọc khí chuyên biệt cho tủ nuôi cấy phôi Steri-cycle. Màng lọc có khả năng giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn từ nguồn khí cung cấp cho tủ nuôi cấy. Màng lọc hoạt động với tỷ lệ tách $\geq 99,998\%$ cho một kích thước hạt 0,3 μ m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	4

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nt: SYTON (đăng tải)
- Lưu: VT, TCU.



**PHỤ LỤC
BÁO GIÁ**



Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Số văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT)	Thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VAT) (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền(11) (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
3												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))