

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  
BỆNH VIỆN SÁN NHI

Số: 597/BVSN-KD

V/v mời chào giá vật tư sử dụng trong  
phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện Sán  
Nhi tỉnh Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sán Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư sử dụng trong phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện Sán Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 của Bệnh viện Sán Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sán Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuấn, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sán Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dây bơm thuốc cân quang	Dây bơm thuốc áp lực cao, chịu được áp lực 1200psi; 1.4IDx4.8OD, đầu kết nối ren xoay có đệm chịu áp. Dài 30 - 120 cm, mềm dẻo chống gập. Màu trong suốt tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	200
2	Kim chọc động mạch 20G	Kim chọc động mạch cỡ 20Gx2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	400
3	Dụng cụ lấy dị vật mạch máu ngoại biên	Vòng kim loại nitinol nhô hình dạng thông lọng, đường kính 5 tới 35mm, gắn trên dây đẩy 65, 120 cm . Sử dụng để lấy dị vật ra khỏi mạch máu não, dễ đẩy và kéo, cân quang tốt, an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	4
4	Hạt nút mạch P.V.A các cỡ	Hạt nút mạch chất liệu Polyvinyl alcohol, các cỡ 45-150, 150-250, 250-355, 355-500, 500-710; 710-1000; 1000-1180 micron. Tương thích với catheter có đường kính trong tối thiểu : 0.53mm (0,021 in), hoặc 0.69 mm (0,027 in) hoặc 1.12mm (0,044 in). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Lọ	100
5	Phổi nhân tạo dùng cho trẻ nhỏ, diện tích màng 0,5m <sup>2</sup>	Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy 0,5m <sup>2</sup> . Thể tích mỗi máu : 43 ml. Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.035m <sup>2</sup> . Dung tích bình chứa : 1000ml. Lưu lượng tối đa là 1,5 lít/phút. Phải bảo đảm thể tích tối thiểu hoạt động 15ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20
6	Phổi nhân tạo cho trẻ em và người lớn từ 20-40kg, diện tích màng 1,5m <sup>2</sup>	Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy 1,5m <sup>2</sup> . Thể tích mỗi máu : 135 ml. Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.14m <sup>2</sup> . Dung tích bình chứa : 3000ml. Lưu lượng tối đa là 4 lít/phút. Phải bảo đảm tích hoạt động 70ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	4

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Phổi nhân tạo kèm dây dẫn cho các hạng cân	<p>Phổi nhân tạo dành cho bệnh nhân dưới 8kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng máu tối đa: 800ml/phút</li> <li>- Diện tích bề mặt màng: 0.34m<sup>2</sup></li> <li>- Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.02m<sup>2</sup></li> <li>- Thể tích bình chứa tĩnh mạch: 675ml</li> <li>- Thể tích dịch môi: 60ml</li> </ul> <p>Phổi nhân tạo dành cho bệnh nhân dưới 20kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng máu tối đa: 2.300ml/phút</li> <li>- Diện tích bề mặt màng: 0.64m<sup>2</sup></li> <li>- Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.02m<sup>2</sup></li> <li>- Thể tích bình chứa tĩnh mạch: 1.800ml</li> <li>- Thể tích dịch môi: 105ml;</li> </ul> <p>Bộ dây dẫn được bao gồm các đoạn dây PVC, Silicone, có kèm ống hút, nút nối, cannulae hút được tích hợp sẵn trong bộ dây, được chia làm 2 gói: table pack và pump pack.</p>	Bộ	20
8	Phin lọc động mạch các cỡ	<p>Vật liệu: Vỏ ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 32 micromet (phin lọc cho trẻ nhỏ)/37 micromet (phin lọc cho trẻ lớn). Thể tích mỗi máu : 40ml (phin lọc cho trẻ nhỏ)/125ml(phin lọc cho trẻ lớn). Đặc điểm: Thể tích dịch mỗi thấp. Lưu lượng tối đa có thể đạt tới 2.5Lít/phút (phin lọc cho trẻ nhỏ)/7 Lít/phút (phin lọc cho trẻ lớn). Thiết kế vỏ ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ mọi hướng và sử dụng lực ly tâm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Cái	40
9	Quả lọc máu rút nước	<p>Vật liệu: sợi polysulfone. Diện tích màng lọc 0,5m<sup>2</sup>. Thể tích mỗi máu : 35ml. Dây lưu lượng máu: 100-500 ml/phút. Áp lực xuyên màng tối đa: 500 mmHg (66,5 kPa). Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Bộ	10
10	Dung dịch bảo quản tạng	<p>Dùng để bảo quản tạng trong quá trình ghép tạng (thận, gan, tuyến tụy, tim) và có tác dụng liệt tim trong phẫu thuật tim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>	Túi	25

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Nt; SYTON (đăng tải)
- Lưu: VT, KHTH. *MB*

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Bùi Minh Cường**

**PHỤ LỤC**  
**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VAT) (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền(11) (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày .....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  
cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))