

Số: 1066/BVSN-VTTBYT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

V/v mời chào giá mua sắm Máy
theo dõi sản khoa 2 chức năng tại
Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh
Quảng Ninh.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Trường Giang – NV phòng VT-TBYT; Số điện thoại: 0968.462.826

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: baogia.sannhiquangninh@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mẫu chào giá: **Theo phụ lục I**

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ, các yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trước ngày 31/12/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu từ nhà thầu.

5. Thành phần báo giá:

- Bản cứng có chữ ký và dấu của người có thẩm quyền.

- Bản mềm đầy đủ thông tin như bản cứng.

- Giấy ủy quyền.

- Các giấy tờ yêu cầu khác (Tại bảng 1 – Phụ lục I yêu cầu)

Lưu ý:

- Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.

- Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong Thông số kỹ thuật của Bệnh viện yêu cầu tại Phụ lục I chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể lựa chọn hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại Phụ lục I (kèm theo tài liệu chứng minh) để cung cấp trong báo giá.

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
- + Không có bản mềm (Bệnh viện chấp nhận các loại File: Word, Excel)
- + Không có bảng đáp ứng kỹ thuật, Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật; Hoặc các tài liệu không được xác nhận bởi đại diện hợp pháp.
- + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email.
- + Không có Giấy ủy quyền của Chủ sở hữu hàng hóa, hãng sản xuất, hoặc đại lý phân phối cấp cho Nhà cung cấp để bán sản phẩm.
- + Không đảm bảo thời gian giao hàng trước ngày 31/12/2026.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Gửi: Như trên.
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

Phụ lục I
MẪU CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU

(Kèm theo công văn số: 1066/BVSN-VTTBYT ngày 28/4/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại/ bộ phận phụ trách:

BÁO GIÁ GÓI THẦU: (Tên hàng hóa/dịch vụ)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

I. Báo giá cho các danh mục, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau: (Bảng 1)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Tên thương mại, ký mã hiệu (nếu có)	Số và ngày đăng ký lưu hành	Số và ngày giấy phép nhập khẩu	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Loại trang thiết bị y tế	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
...	Tên theo danh mục chào giá	Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm	công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C, D) và ngày của văn bản	Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu ”	Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)	Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)	(Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Có kèm số và ngày của văn bản phân loại	Giá tổng và giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ (nếu có)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ... Đối với thiết bị y tế gửi kèm thêm: số đăng ký lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ văn bản ban hành kết quả phân loại và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế theo yêu cầu trong **bảng 1**)

II. Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật: (Bảng 2)

STT	Thông số kỹ thuật của Bệnh viện yêu cầu	Đáp ứng kỹ thuật của sản phẩm	Tham chiếu tài liệu
	Máy theo dõi Sản khoa 02 chức năng Số lượng: 06 Cái	Máy theo dõi Sản khoa 02 chức năng <i>Hãng chủ sở hữu:</i> <i>Hãng sản xuất:</i> <i>Ký mã hiệu:</i> <i>Nhãn hiệu:</i>	
	I. Yêu cầu chung:		
	1. Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau		
	2. Xuất xứ máy chính: Các nhóm nước thuộc nhóm G7		
	3. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương		
	4. Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz		
	5. Môi trường hoạt động:		
	6. Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C		
	7. Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$		
	II. Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu		
	1. Thân máy chính: 01 cái		
	2. Đầu dò theo dõi tim thai: 01 cái		
	3. Đầu dò theo dõi cơn co tử cung: 01 cái		
	4. Phần mềm phân tích CTG: 01 phần mềm tích hợp trong máy		
	Phụ kiện kèm theo:		
	Xe đẩy máy: 01 cái		
	Đánh dấu cử động thai: 01 cái		
	Đai cố định: 02 cái		
	Giấy in nhiệt: 01 xấp		
	Gel siêu âm: 01 tuýp		
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
	Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ		

	III. Yêu cầu thông số đặc tính kỹ thuật tối thiểu		
	Tính năng của máy chính:		
	Là máy chuyên dùng trong theo dõi sản khoa cho các phòng chờ sinh, tại các khoa sản		
	Máy cho phép đo, theo dõi cơn co tử cung và tim thai		
	Có khả năng theo dõi song thai hoặc tam thai		
	Màn hình màu cảm ứng ≥ 6.5 inch		
	Có thể kết nối với hệ thống giám sát trung tâm		
	Có thể nâng cấp kết nối với đầu dò không dây		
	Thiết bị có chức năng tự động tính tuần tuổi thai, ngày kinh cuối cùng, ngày dự sinh khi nhập thông tin của 1 thông tin trên.		
	Có chức năng tách song thai riêng biệt khi in		
	Kết quả in ra thể hiện các thông số: Tên bệnh nhân, ID bệnh nhân, Tên Bệnh viện, Ngày, giờ in		
	Đầu dò theo dõi tim thai		
	Giải đo nhịp tim: ≤ 30 đến ≥ 240 nhịp/phút		
	Độ chính xác: $\leq \pm 2$ nhịp/ phút		
	Chế độ đo: siêu âm xung trực tiếp		
	Tần số siêu âm: ≤ 1.0 MHz		
	Có bảo vệ chống nước		
	Đầu dò theo dõi cơn co		
	Phạm vi đo: ≥ 100 đơn vị.		
	Độ nhạy: Khoảng 100% tương đương với 125g		
	Giải bù: $\pm \leq 100$ g		
	Có bảo vệ chống nước		
	Phần mềm phân tích:		
	Tích hợp sẵn phần mềm cho phép tự động phân tích và đưa ra các kết quả chính xác để giảm thời gian đánh giá kết quả cho người dùng:		
	Phần mềm tối thiểu cho phép tự động phân tích và đưa ra các		

	kết quả sau:		
	<i>Thời gian bắt đầu đo</i>		
	<i>Thời gian kết thúc đo</i>		
	<i>Tổng thời gian đo</i>		
	<i>Mất tín hiệu</i>		
	<i>Chuyển động của thai nhi</i>		
	<i>Nhịp tim cơ bản</i>		
	<i>Nhịp tăng</i>		
	<i>Nhịp giảm</i>		
	<i>Khoảng nhịp cao</i>		
	<i>Khoảng nhịp thấp</i>		
	<i>Dao động nội tại dài hạn</i>		
	<i>Dao động nội tại ngắn hạn</i>		
	<i>Giá trị các phép đo cần phân tích</i>		
	Máy in:		
	Phương pháp in nhiệt		
	Độ phân giải ≥ 8 chấm/mm		
	Xe đẩy:		
	Làm bằng inox 304 hoặc thép sơn tĩnh điện		
	Có 4 bánh xe: có khóa để di chuyển và cố định		
	Phù hợp với việc di chuyển của khoa sử dụng		
	IV. Yêu cầu khác		
	1. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu		
	2. Cung cấp đầy đủ bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bản gốc (tiếng Anh) kèm bản dịch phần thao tác chính (tiếng Việt);		
	3. Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa		
	4. Lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm tra vận hành thử thiết bị tại nơi sử dụng;		
	5. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng		

	6. Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau khi hết hạn bảo hành;		
	7. Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành;		
	8. Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế;		
	9. Cung cấp giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam;		
	10. Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;		
	11. Cung cấp hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;		
	12. Cung cấp Giấy phép lưu hành hoặc Quyết định cấp số đăng ký hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực hoặc văn bản gia hạn hiệu lực (nếu có);		
Dòng lưu ý	<i>Nhà thầu ghi lại thông số kỹ thuật của thư mời chào giá theo Phụ lục 1. Nhà thầu hạn chế thay đổi vị trí các dòng của Bảng đáp ứng kỹ thuật (Các tính năng mới có thể thêm, nhưng phải để cùng nhóm tính năng)</i>	<i>Nhà thầu ghi thông số kỹ thuật đáp ứng của sản phẩm</i>	<i>Nhà thầu ghi rõ nội dung trong tài liệu, vị trí trong tài liệu.</i>

III. Thông báo và Cam kết

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [*ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày*], kể từ ngày ... tháng... năm ... [*ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá*].

2. Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))