

Số: 1074/BVSN-VTTBYT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

V/v mời chào giá mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Trường Giang – NV phòng VT-TBYT; Số điện thoại: 0968.462.826
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.
 - Nhận qua email: baogia.sannhiquangninh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Mẫu chào giá: **Theo phụ lục I**
- Địa điểm cung cấp dịch vụ, các yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
- Thời gian giao hàng dự kiến: trước ngày 31/12/2026.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu từ nhà thầu.
- Thành phần báo giá:
 - Bản cứng có chữ ký và dấu của người có thẩm quyền.
 - Bản mềm đầy đủ thông tin như bản cứng.
 - Giấy ủy quyền.
 - Các giấy tờ yêu cầu khác (Tại bảng 1 – Phụ lục I yêu cầu)

Lưu ý:

- Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.
- Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong Thông số kỹ thuật của Bệnh viện yêu cầu tại Phụ lục I chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể lựa chọn hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại Phụ lục I (kèm theo tài liệu chứng minh) để cung cấp trong báo giá.

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
- + Không có bản mềm (Bệnh viện chấp nhận các loại File: Word, Excel)
- + Không có bảng đáp ứng kỹ thuật, Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật; Hoặc các tài liệu không được xác nhận bởi đại diện hợp pháp.
- + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email.
- + Không có Giấy ủy quyền của Chủ sở hữu hàng hóa, hãng sản xuất, hoặc đại lý phân phối cấp cho Nhà cung cấp để bán sản phẩm.
- + Không đảm bảo thời gian giao hàng trước ngày 31/12/2026.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Gửi: Như trên.
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Cường

Phụ lục I
MẪU CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU

(Kèm theo công văn số: 1074/BVSN-VTTBYT ngày 28/4/2026 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại/ bộ phận phụ trách:

BÁO GIÁ GÓI THẦU: (Tên hàng hóa/dịch vụ)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

I. Báo giá cho các danh mục, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau: (Bảng 1)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Tên thương mại, ký mã hiệu (nếu có)	Số và ngày đăng ký lưu hành	Số và ngày giấy phép nhập khẩu	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Loại trang thiết bị y tế	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
...	Tên theo danh mục chào giá	Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm	công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C, D) và ngày của văn bản	Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu ”	Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)	Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)	(Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP. Có kèm số và ngày của văn bản phân loại	Giá tổng và giá chi tiết từng bộ phận cấu thành lên bộ (nếu có)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ... Đối với thiết bị y tế gửi kèm thêm: số đăng ký lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ văn bản ban hành kết quả phân loại và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế theo yêu cầu trong **bảng 1**)

II. Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật: (Bảng 2)

STT	Thông số kỹ thuật của Bệnh viện yêu cầu	Đáp ứng kỹ thuật của sản phẩm	Tham chiếu tài liệu
	<p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi Số lượng: 01 Bộ</p>	<p>Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi Hãng chủ sở hữu: Hãng sản xuất: Ký mã hiệu: Nhãn hiệu:</p>	
	I. Yêu cầu chung:		
	Sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.		
	Nhà sản xuất đối với thiết bị chính phải có chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương		
	Xuất xứ từ các nước G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italy) hoặc Châu Âu		
	II. Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu		
	Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm, chiều dài làm việc 29 cm ± 5%, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước, tương thích với đèn phẫu thuật nội soi hãng sản xuất KARL STORZ; Số lượng: 1 Cái		
	Vỏ trocar cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%, có van bơm khí; Số lượng: 2 Cái		
	Nòng trocar đầu tù, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Nòng trocar đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Van lá silicone, cỡ 6 mm, có độ đàn hồi để tránh làm hỏng kim khâu khi đưa qua; Số lượng: 2 Cái		
	Nòng trocar đầu tù, cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Nòng trocar đầu sắc, cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%; Số lượng: 2 Cái		
	Vỏ trocar cỡ 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm ± 5%, có van bơm khí; Số lượng: 2 Cái		
	Van lá silicone, cỡ 3.9 mm, có độ đàn hồi để tránh làm hỏng kim khâu khi đưa qua; Số lượng: 2 Cái		
	Nắp cao su đầu trocar 6 mm, đóng gói 10 chiếc; Số lượng: 2 Gói		
	Nút cao su đầu trocar 3.9 mm, đóng gói 10 chiếc; Số lượng: 2 Gói		
	Nắp van lá silicone, đóng gói 10 chiếc; Số lượng: 2 Gói		

	Nắp giảm khẩu kính, cỡ 6/3 mm; Số lượng: 1 Cái		
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích kèm vỏ ngoài Clickline REDDICK-OLSEN, hàm hoạt động kép, cấu trúc khòe. Cỡ 3mm, chiều dài 30 cm \pm 5% ; Số lượng: 1 Cái		
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích kèm vỏ ngoài Clickline KELLY, hàm dài, hoạt động kép. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Lưỡi kéo cong kèm vỏ ngoài Clickline, hàm có răng cưa, cong, nhọn, hoạt động kép. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Hàm forceps kẹp kèm vỏ ngoài Clickline, hàm hoạt động kép, mở lỗ, có răng cưa nhỏ không gây tổn thương. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích kèm vỏ ngoài Clickline, hàm hoạt động kép, cong gập về bên phải. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực; Số lượng: 2 Cái		
	Tay cầm Clickline, bằng nhựa, có khóa kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực; Số lượng: 3 Cái		
	Điện cực phẫu tích và cầm máu hình chữ L, có bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART MANHES, chiều rộng hàm 1 mm, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 2 Cái		
	Vỏ ngoài TAKE-APART, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực; Số lượng: 1 Cái		
	Dây cao tần đơn cực, chân cắm 4 mm, chiều dài 300cm \pm 5%; Số lượng: 2 Cái		
	Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài 300cm \pm 5%; Số lượng: 2 Cái		
	Ống hút và tưới, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm \pm 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Tay cầm cho ống hút và tưới, có van khóa hai chiều; Số lượng: 1 Cái		
	Kìm kẹp kim, hàm thẳng cỡ 3 mm; Số lượng: 1 Cái		
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái cỡ 3 mm; Số lượng: 1 Cái		
	Kìm kẹp clip cầm máu polymer cỡ ML, dài 33cm \pm 5%, đường kính từ 0,5cm, làm từ thép không gỉ chất lượng cao. Mũi ở mũi kìm được thiết kế để giữ chặt clip và mũi kìm.; Số lượng: 1 Cái		
	Clip cầm máu polymer cỡ ML; Số lượng: 84 cái		
	Hộp tiết trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng, có giá để nắp adaptor dẫn sáng, đệm giữ ống soi bằng silicone, có nắp đậy. Kích thước: 430		

	x 65 x 52 mm ± 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, kích thước: 740 x 220 x 132 mm ± 5%. Bao gồm: Hộp đựng, Khay đục lỗ, và Nắp đậy; Số lượng: 2 Cái		
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, nắp trong suốt, 02 tầng, kích thước: 530 x 250 x 145 mm ± 5%; Số lượng: 1 Cái		
	Bàn chải vệ sinh dụng cụ, dùng để cọ rửa hàm của dụng cụ; Số lượng: 5 Cái		
	III. Yêu cầu khác		
	1. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu		
	2. Cung cấp đầy đủ bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bản gốc (tiếng Anh) kèm bản dịch phần thao tác chính (tiếng Việt);		
	3. Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa		
	4. Lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm tra vận hành thử thiết bị tại nơi sử dụng;		
	5. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng		
	6. Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau khi hết hạn bảo hành;		
	7. Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành;		
	8. Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế;		
	9. Cung cấp giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam;		
	10. Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;		
	11. Cung cấp hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;		
	12. Cung cấp Giấy phép lưu hành hoặc Quyết định cấp số đăng ký hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực hoặc văn bản gia hạn hiệu lực (nếu có);		
Dòng lưu ý	<i>Nhà thầu ghi lại thông số kỹ thuật của thư mời chào giá theo Phụ lục 1. Nhà thầu hạn chế thay đổi vị trí các dòng của Bảng đáp ứng kỹ thuật (Các tính năng mới có thể thêm, nhưng phải để cùng nhóm tính năng)</i>	<i>Nhà thầu ghi thông số kỹ thuật đáp ứng của sản phẩm</i>	<i>Nhà thầu ghi rõ nội dung trong tài liệu, vị trí trong tài liệu.</i>

III. Thông báo và Cam kết

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
- Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))